

Odpowiedzi na pytania zadane przez Firmę VERSAMED Sp. z o.o. do postępowania KZGW/BHP/2811/1/2022- Dostawa sprzętu ratunkowego: 17 sztuk defibrylatorów AED wraz z szafkami ochronnymi i tablicami informacyjnymi oraz sprzętu treningowego: 11 sztuk defibrylatorów treningowych i 11 sztuk fantomów BLS osoby dorosłej na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej zamieszczonego na Platformie zakupowej PGW WP.

I. Dotyczy Specyfikacji technicznej, parametrów granicznych przedmiotu zamówienia: 1. Defibrylator półautomatyczny AED – 17 szt.:

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w pkt. 1 na „Defibrylator zewnętrzny, półautomatyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, z możliwością bezpiecznej defibrylacji dorosłych i dzieci.”
Uzasadnienie: Tryb pediatryczny w każdym defibrylatorze jest inaczej uruchamiany, a akcesoria mają na celu szybkie i sprawne przejście w tryb pediatryczny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i oczekuje dostawy defibrylatora odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia.

2. Zwracamy się z prośbą o usunięcie pkt. 6. Dopasowanie dźwięków posiada jeden model defibrylatora AED, przez co ogranicza się możliwość złożenia ofert przez innych producentów. Zwracamy również uwagę na to, że przytoczona funkcjonalność w rzeczywistości nie ma funkcji ściszenia dźwięku (natężenie tylko rośnie, co za tym idzie jeśli dźwięki otoczenia ucichną – AED swoje w dalszym ciągu wydaje za głośno.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i oczekuje dostawy defibrylatora odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów pkt. 8 przez usunięcie części o elektrodach uniwersalnych. Elektrody dziecięce nakleja się na przodzie i z tyłu klatki piersiowej, elektrody dla dorosłych na przodzie klatki piersiowej. Nie ma zatem możliwości aby informacja graficzna dla obu grup była taka sama. Większość producentów stosuje z tego powodu oddzielne elektrody dla dzieci oraz oddzielne dla osób powyżej 25 kg (czyli starszych dzieci i wszystkich dorosłych).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i oczekuje dostawy defibrylatora odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia.

4. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów pkt. 10 i zezwolenie na tryb dzienny lub cotygodniowy z funkcją natychmiastowego wykrywania usterek niezależnie od testów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i oczekuje dostawy defibrylatora odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia.

II. Dotyczy Specyfikacji technicznej, parametrów granicznych przedmiotu zamówienia: 3. Defibrylator treningowy – 11 szt.:

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w pkt. 5 na dopuszczenie urządzenia z 6 scenariuszami szkoleniowymi z możliwością ich dowolnej modyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i oczekuje dostawy defibrylatora odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia.

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy w pkt. 10 Zamawiający wymaga aby doradca RKO wydawał komunikaty w czasie rzeczywistym o jakości i sile ucisku klatki piersiowej m.in.: „uciskaj wolniej/szybciej/mocniej/dobre uciski” bez żadnych dodatkowych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga aby w trakcie prowadzonych ćwiczeń z wykorzystaniem defibrylatora treningowego doradca RKO wydawał komunikaty w czasie rzeczywistym o jakości i sile ucisku klatki piersiowej m.in.: „uciskaj wolniej/szybciej/mocniej/dobre uciski” bez konieczności użycia jakichkolwiek innych dodatkowych urządzeń.

**Dyrektor
Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
(-) Wioletta Walc**