

Warszawa, dn. 07-12-2022 r.

**Odpowiedzi na pytania Firmy HS MEDICAL POLAND ANNA JANY do postępowania KZGW/BHP/2811/1/2022- Dostawa sprzętu ratunkowego: 17 sztuk defibrylatorów AED wraz z szafkami ochronnymi i tablicami informacyjnymi oraz sprzętu treningowego: 11 sztuk defibrylatorów treningowych i 11 sztuk fantomów BLS osoby dorosłej na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej zamieszczonego na Platformie zakupowej PGW WP.**

1. Dopuszczenie osobnych elektrod pediatrycznych.

W większości urządzeń AED dla bezpieczeństwa stosuje się oddzielne elektrody pediatryczne. W przypadku dorosłych elektrody nakleja się na klatkę piersiową. W przypadku dzieci poniżej 25 kg elektrody naklejane są na środek mostka oraz plecy. Z powodu innego miejsca producenci stosują więc inne elektrody, dedykowane dzieciom, które mają nieco inny rozmiar oraz mają inne oznaczenie, które powala na przyklejenie ich w prawidłowym miejscu i gwarantuje defibrylację, która jest bezpieczna dla dziecka.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i oczekuje dostawy defibrylatora odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia.*

2. Prośba o usunięcie zapisu o automatycznym dopasowaniu głośności komunikatów do otoczenia.

W przypadku urządzeń, które posiadają tę funkcję, głośność zmienia się tylko raz, wraz ze wzrostem głośności otoczenia i już nie cichnie. Oznacza to, że jeżeli np. przejeżdża pociąg urządzenie się pogłośni i już tak zostanie, przez co będzie bardzo głośne i może rozpraszać osobę udzielającą pomocy.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i oczekuje dostawy defibrylatora odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia.*

3. Prośba o dopuszczenie urządzenia z auto-testami cotygodniowymi, ale z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo po jej wystąpieniu.

W nowoczesnych defibrylatorach AED, w których auto-testy przeprowadzane są w trybie cotygodniowym, codzienna gotowość do pracy dodatkowo oznaczona jest wskaźnikiem widocznym na panelu głównym urządzenia. Oznacza to, że w przypadku awarii/ usterki lub słabej baterii urządzenie wskazuje problem niezależnie od auto-testów i dzieje się to natychmiast po jej wystąpieniu, co jest gwarancją bezpiecznego działania niezależnie od cyklu w jakim przeprowadzane są auto-testy.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i oczekuje dostawy defibrylatora odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia.*

4. Prosimy o doprecyzowanie zagadnienia „wewnętrzny system regularnego monitorowania stanu AED”.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, że wewnętrzny system regularnego monitorowania stanu AED oznacza zapewnienie przez wykonawcę przynajmniej usługi przypominania i powiadamiania o zbliżającym się terminie obowiązkowej wymiany elektrod i/ lub baterii oraz dostarczenie formularza „check- list” ułatwiającej Zamawiającemu bieżące zarządzanie defibrylatorami.*

**Dyrektor  
Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
(-) Wioletta Walc**